

Częstochowa, dnia 04.12.2018r

Do osób zainteresowanych  
postępowaniem  
WT.2370.1.43.2018

**Dotyczy:** postępowania którego wartość nie przekracza 30.000 euro nr WT.2370.1.43.2018  
pn: „zakup, dostawa sprzętu medycznego ”.

**Zapytanie :** czy Zamawiająca wymaga zaoferowania pulsoksymetru transportowego  
z możliwością pomiaru hemoglobiny tlenkowo węglowej SpCO?

**Odpowiedź:** Zamawiająca dopuszcza pulsoksymetr transportowy bez możliwości pomiaru  
hemoglobiny tlenkowo węglowej SpCO.

KOMENDANT  
Centralnej Szkoły  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie  
z up. *Borówka*  
st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka  
Zastępca Komendanta

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej  
Ul. Sabinowska 62/64  
42-200 Częstochowa

KW. 2306. 2018